



## 1. Allgemein:

**1.1. Produktbezeichnung:** **Bißnehmewachse zur Feststellung der Bissituation des Patienten**

<b>1.2. Lieferumfang:</b>			Wachsplatten aromafrei		
450 gr.	81800		gelb weich	2350 gr.	81900
			Stangen aromafrei		
490 gr.	82100		gelb weich	1850 gr.	82200
490 gr.	82400		grün mittelhart	1850 gr.	82500
490 gr.	82600		rot hart	1850 gr.	82700
			Stangen aromatisiert		
490 gr.	63100		gelb weich Zitrone	1850 gr.	63200
490 gr.	63400		grün mittelhart Apfel	1850 gr.	63500
490 gr.	63700		rot hart Erdbeere	1850 gr.	63800

**1.3. Herstelleranschrift:** **GEBDI Dental-Products GmbH - Industriestraße 3 a - D-78234 Engen**  
 Tel.: 07733-941016 FAX: 07733-6434

**1.4. Lagerbedingungen:** Lagerung bei Raumtemperatur mind. +10° C bis + 30° C  
 - Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, bei Temperaturen unter 8° C besonders bei Temperaturen im Minusbereich erhöhte Bruchanfälligkeit.  
 Packungen vor Schlag und Sturz schützen. -

## 2. Bestimmungsgemäße Verwendung:

Bißnehmewachs zur Verwendung im zahntechnischen Labor, besonders in der Total- und Teilprothetik. Zur Bißnahme, bzw. Festlegung der Bißsituation, kurzfristig im Munde des Patienten. Durch Erwärmung (offene Bunsenflamme/Wasserbecken) ist das Bißnehmewachs in der Form veränderbar. Das Erweichen oder Verflüssigen des Wachses zur eigentlichen Bißnahme im Munde des Patienten ist mit geeigneten Instrumenten von geschultem und geeignetem Fachpersonal immer außerhalb des Patienten durchzuführen. Nur ausreichend große und nicht zu heiße Stücke in den Mund des Patienten einführen, um ein Verschlucken, Ersticken oder Verbrennen der Schleimhäute zu vermeiden.

**Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung erlöschen sämtliche Garantie und Haftungsansprüche!**

## 3. Risiken und Gefahren in der Anwendung:

1. Sicherstellen, daß sachunkundige Personen (z.B. Kinder) mit dem Produkt nicht in Berührung kommen.
2. Heiße Wachstropfen auf Hautoberflächen vermeiden. Einatmen der Wachsdämpfe beim Verbrennen/ Ausbrennen vermeiden (Schutzkleidung nach Bedarf).
3. Wachs darf nur kurzzeitig und nicht dauerhaft im Munde des Patienten eingebracht werden.
4. Bißwall zum Basiskörper so verbinden, daß eine Verschluckungs- oder Erstickungsgefahr für den Patienten nicht besteht.

## 4. Bedienungsanleitung:

### **4.1. Vorbereitung**

Verpackung auf der oberen Seite an entsprechender Markierung/Deckel öffnen.

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	19.11.1997/TB	04.04.2022/TB	1	06.04.2022/TB	Seite 1 von 2

# Betriebsanleitung BA

## 4.2. Anwendung

Bißnehmewachs mit erwärmtem Wachsmesser oder geeignetem Instrument ablängen und auf dem Arbeitsmodell nach leichter Erwärmung (Bunsenbrenner/Wasserbad) ausrichten und anpassen. Auf den Basiskörper aufmodellieren und ausreichende Haftung mittels verflüssigtem Wachs gewährleisten. Kleinstücke von Bißnehmewachs sollten aufgrund der geringen Verbindungsfläche zum Basiskörper vermieden werden.

## 4.3. Nach Anwendung









Wiederverwendbare Reste des Wachses ins Behältnis zurücklegen, Deckel schließen, vor Staub schützen.

**5. Entsorgung:** Kann entsprechend der geltenden Vorschriften im Restmüll entsorgt werden. Die Umverpackung kann der Wertstoffverwertung (Duales System) zugeführt werden.

**6. Haltbarkeit:** Verbrauchsmaterial sollte generell nach Öffnen der Originalverpackung zügig und umgehend innerhalb weniger Monate aufgebraucht werden.

**Die Geschmacksstoffe sind lebensmittelecht und verflüchtigen sich!**

## 7. Symbole

	Hersteller
CH-REP	Bevollmächtigte Person Schweiz
	CE Zeichen
	FOR DENTAL PROFESSIONALS ONLY (USA)
	Nicht steriles Produkt
	Bestellnummer
	Chargennummer
	Herstelldatum
	Verwendbar bis

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	19.11.1997/TB	04.04.2022/TB	1	06.04.2022/TB	Seite 2 von 2