



1. General:

- 1.1. **Producto:** Eje de retención de la mordida para determinar la situación de la mordida del paciente, fácilmente plegable para una mejor adaptación a la situación de la mandíbula.
Indicación

1.2. Alcance de la entrega:		Número de artículo Gebdi	Número de artículo Yeti	Número de artículo Gebdi	Número de artículo Yeti
Placas de cera sin aroma amarillo suave	450 gramos	81800		2350 gramos	81900
Bares sin aroma					
amarillo suave	490 gramos	82100		1850 gramos	82200
verde medio duro	490 gramos	82400		1850 gramos	82500
rojo duro	490 gramos	82600		1850 gramos	82700
Cera en barra Kobi	35 piezas	83000			
Barras aromatizadas					
amarillo limón suave	490 gramos	63100	612-0490	1850 gramos	63200 612-1850
manzana verde de dureza media	490 gramos	63400	614-0490	1850 gramos	63500 614-1850
fresa roja dura	490 gramos	63700	613-0490	1850 gramos	63800 613-1850
Lámina metálica de cera marrón	60 piezas	84200	605-0060		
Registro de mordeduras de cera rosa	75 piezas	84300	606-2000		

- 1.3. **Dirección del fabricante:**  gebdi DENTAL-PRODUCTS GmbH, Industriestraße 3a, 78234 Engen Alemania, Teléfono: 07733-941016, FAX: 07733-6434 info@gebdi-dental.com

- 1.4. **Condiciones de almacenamiento:** Almacenamiento a temperatura ambiente mín. +10° C a + 30° C. Proteger de la luz solar directa. Aumento de la susceptibilidad a la rotura a temperaturas inferiores a 8° C, especialmente a temperaturas en el rango de menos. Proteja los paquetes de los impactos y las caídas.

- 1.5. **Contraindicaciones:** En casos individuales de intolerancia / alergia a todos los ingredientes de las materias primas de cera mencionados en la ficha de seguridad. Por ejemplo, parafina, cera de abeja, cera de carnauba.

2. Uso previsto:

Cera de mordida para uso en el laboratorio dental, especialmente en prótesis completas y parciales. Tomar un bocado o determinar la situación de la mordida en la boca del paciente durante un corto período de tiempo. La forma de la cera de mordida puede modificarse mediante el calentamiento (llama Bunsen abierta / cubeta de agua). El ablandamiento o licuado de la cera para la toma de la mordida en la boca del paciente debe realizarse siempre fuera de la boca del paciente con instrumentos adecuados y por personal especializado y capacitado. Introducir en la boca del paciente sólo trozos suficientemente grandes y no demasiado calientes para evitar que se trague, se atragante o se quemen las mucosas.

En caso de uso inadecuado, se anulan todos los derechos de garantía y responsabilidad.

3. Riesgos y peligros en la aplicación:

1. Asegúrese de que las personas no familiarizadas con el producto (por ejemplo, los niños) no entren en contacto con él.

Documento:	Creado en/por:	modificado en/por:	Revisión:	liberado en/desde:	Número de página:
BA	19.11.1997/TB	04.07.2024/TB	2	06.07.2024/TB	Página 1 de 3

Instrucciones de uso BA

2. Evite las gotas de cera caliente en la superficie de la piel. Evitar la inhalación de los vapores de la cera durante la combustión/el apagado (ropa de protección según sea necesario).
3. La cera sólo debe colocarse en la boca del paciente durante un corto periodo de tiempo y no de forma permanente.
4. Conecte la pieza de mordida al cuerpo base de forma que no haya peligro de que el paciente se trague o se atragante.

4. Instrucciones de uso:

4.1. Preparación

Abra el embalaje por la parte superior en la marca/tapa correspondiente.

4.2. Aplicación

Cortar la cera a la medida con un cuchillo de cera calentado o un instrumento adecuado y alinearla y ajustarla en el modelo de trabajo después de calentarla ligeramente (mechero Bunsen/baño de agua). Modelar sobre el cuerpo base y asegurar una adherencia suficiente mediante cera licuada. Deben evitarse los trozos pequeños de cera debido a la escasa superficie de adhesión al cuerpo base.

4.3. Después de la aplicación

Vuelva a colocar los residuos de cera reutilizables en el contenedor, cierre la tapa y proteja del polvo.

5. Eliminación

Puede ser eliminado en los residuos residuales de acuerdo con la normativa vigente. El embalaje exterior puede ser reciclado (Sistema Dual).

6. Durabilidad:

Por lo general, los consumibles deben consumirse rápidamente y de forma inmediata en los meses siguientes a la apertura del envase original. Los aromas son seguros para los alimentos y se volatilizan.

7. Símbolos

	Fabricante
CH-REP	Persona autorizada Suiza
	Marca CE
R _x only	SÓLO PARA PROFESIONALES DE LA ODONTOLOGÍA (EE.UU.)
	Producto no estéril
	Número de pedido
	Número de lote
	Fecha de fabricación

Documento:	Creado en/por:	modificado en/por:	Revisión:	liberado en/desde:	Número de página:
BA	19.11.1997/TB	04.07.2024/TB	2	06.07.2024/TB	Página 2 de 3

Instrucciones de uso BA



Utilizable hasta

Documento:	Creado en/por:	modificado en/por:	Revisión:	liberado en/desde:	Número de página:
BA	19.11.1997/TB	04.07.2024/TB	2	06.07.20224TB	Página 3 de 3