

1. Generale:

- 1.1. **Prodotto:** Asse di contenimento del morso per determinare la situazione del morso del paziente,
Indicazione: facilmente piegabile per un migliore adattamento alla situazione della mascella.

1.2. Ambito di fornitura:		Articolo n.		Articolo n.		Articolo n.	
		Gebdi	Yeti	Gebdi	Yeti	Gebdi	Yeti
Piastre di cera senza aroma giallo morbido	450 grammi	81800		2350 grammi	81900		
Barre senza aroma							
giallo morbido	490 grammi	82100		1850 grammi	82200		
verde medio duro	490 grammi	82400		1850 grammi	82500		
rosso duro	490 grammi	82600		1850 grammi	82700		
Bastoncini aromatizzati							
giallo limone morbido	490 grammi	63100	612-0490	1850 grammi	63200	612-1850	
mela verde di media durezza	490 grammi	63400	614-0490	1850 grammi	63500	614-1850	
fragola rossa dura	490 grammi	63700	613-0490	1850 grammi	63800	613-1850	
Foglio di metallo marrone cera	60 pezzi	84200	605-0060				
Registrazione del morso cera rosa	75 pezzi	84300	606-2000				

- 1.3. **Indirizzo del produttore:**  gebdi DENTAL-PRODUCTS GmbH, Industriestraße 3a, 78234 Engen Germania, Telefono: 07733-941016, FAX: 07733-6434 info@gebdi-dental.com

- 1.4. **Condizioni di conservazione:** Conservazione a temperatura ambiente da +10° C a +30° C. Proteggere dalla luce solare diretta. Aumento della suscettibilità alla rottura a temperature inferiori a 8° C, soprattutto a temperature minime. Proteggono i pacchi da urti e cadute.

- 1.5. **Controindicazione:** Nei singoli casi di intolleranza/allergia a tutti gli ingredienti delle materie prime della cera citati nella scheda di sicurezza. Ad esempio paraffina, cera d'api, cera di carnauba.

2. Uso previsto:

Cera da mordere per il laboratorio odontotecnico, in particolare per le protesi complete e parziali. Prendere un morso o determinare la situazione del morso nella bocca del paziente per un breve periodo di tempo. La forma della cera mordente può essere modificata mediante riscaldamento (fiamma Bunsen aperta / bacinella d'acqua). L'ammorbidimento o la liquefazione della cera per l'effettiva realizzazione del morso nella bocca del paziente deve sempre essere effettuato fuori dalla bocca del paziente con strumenti adeguati da personale specializzato addestrato e idoneo. Inserire nella bocca del paziente solo pezzi sufficientemente grandi e non troppo caldi, per evitare di deglutire, soffocare o bruciare le mucose.

In caso di uso improprio, tutti i diritti di garanzia e di responsabilità decadono!

3. Rischi e pericoli nell'applicazione:

1. Assicurarsi che le persone che non hanno familiarità con il prodotto (ad esempio i bambini) non entrino in contatto con esso.
2. Evitare le gocce di cera calda sulle superfici cutanee. Evitare l'inalazione dei vapori di cera durante la combustione/estinzione (indumenti protettivi come richiesto).
3. La cera deve essere inserita nella bocca del paziente solo per un breve periodo e non in modo permanente.
4. Collegare il blocco morso al corpo base in modo da evitare il rischio di deglutizione o soffocamento del paziente.

4. Istruzioni per l'uso:

Documento:	Creato il/da:	modificato il/da:	Revisione:	pubblicato su/da:	Numero di pagina:
BA	19.11.1997/TB	04.04.2022/TB	1	06.04.2022/TB	Pagina 1 da 2

Istruzioni per l'uso BA

4.1. Preparazione

Aprire l'imballaggio sul lato superiore in corrispondenza del contrassegno/coperchio corrispondente.

4.2. Applicazione

Tagliare la cera a misura con un coltello per cera riscaldato o uno strumento adatto e allinearla e regolarla sul modello di lavoro dopo un leggero riscaldamento (becco Bunsen/bagno d'acqua). Modellare sul corpo base e garantire un'adesione sufficiente mediante cera liquefatta. Si consiglia di evitare piccoli pezzi di cera a causa della ridotta superficie di adesione al corpo di base.

4.3. Dopo l'applicazione

Rimettere i residui di cera riutilizzabili nel contenitore, chiudere il coperchio e proteggere dalla polvere.

5. Smaltimento

Può essere smaltito nei rifiuti residui in conformità alle normative vigenti. L'imballaggio esterno può essere riciclato (Dual System).

6. Durata:

In genere i materiali di consumo devono essere consumati rapidamente e immediatamente entro pochi mesi dall'apertura della confezione originale. Gli aromi sono sicuri per gli alimenti e si volatilizzano!

7. Simboli

	Produttore
CH-REP	Persona autorizzata Svizzera
	Marchio CE
	SOLO PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE DENTALE (USA)
	Prodotto non sterile
	Numero d'ordine
	Numero di lotto
	Data di produzione
	Utilizzabile fino a

Documento:	Creato il/da:	modificato il/da:	Revisione:	pubblicato su/da:	Numero di pagina:
BA	19.11.1997/TB	04.04.2022/TB	1	06.04.2022/TB	Pagina 2 da 2