Betriebsanleitung BA

1. Allgemein:

1.1. Produktbezeichnung:

Bißwälle mit Geschmacksstoff Zitrone	**gelb weich**	**62100**
Bißwälle mit Geschmacksstoff Erdbeer	**rosa hart**	**62400**
Bißwälle mit Geschmacksstoff Apfel	**grün mittelhart**	**62200**
Bißwälle mit Geschmacksstoff Orange	**orange mittelhart**	**62300**

1.2. Lieferumfang: **Kartonagen** Inhalt je Farbe und Karton 96 Stück

1.3. Herstelleranschrift:

GEBDI Dental-Products GmbH - Industriestraße 3 a - D-78234 Engen
Tel.: 07733-6313 FAX: 07733-6434

1.4. Lagerbedingungen:

Lagerung bei Raumtemperatur mind. +10° C bis + 30° C
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, bei Temperaturen unter 8° C, besonders bei Temperaturen im Minusbereich, erhöhte Bruchanfälligkeit. Packungen vor Schlag und Sturz schützen. -

2. Bestimmungsgemäße Verwendung:

Bißwälle zur Verwendung im zahntechnischen Labor, besonders in der Total- und Teilprothetik.
Zur Bißnahme bzw. Festlegung der Bißsituation, kurzfristig im Munde des Patienten. Durch Erwärmung (offene Bunsenflamme/Wasserbecken) sind die Bißwälle in der Form veränderbar. Das Erweichen oder Verflüssigen des Wachses zur eigentlichen Bißnahme im Munde des Patienten ist mit geeigneten Instrumenten von geschultem und geeignetem Fachpersonal immer außerhalb des Patienten durchzuführen. Nur ausreichend große und nicht zu heiße Stücke in den Patientenmund einführen, um ein Verschlucken, Ersticken oder Verbrennen der Schleimhäute zu vermeiden.

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung erlöschen sämtliche Garantie und Haftungsansprüche!

3. Risiken und Gefahren in der Anwendung:

1. Sicherstellen, daß sachunkundige Personen (z.B. Kinder) mit dem Produkt nicht in Berührung kommen.
2. Heiße Wachstropfen auf Hautoberflächen vermeiden. Einatmen der Wachsdämpfe beim Verbrennen/ Ausbrennen vermeiden. (Schutzkleidung nach Bedarf)
3. Wachs darf nur kurzzeitig und nicht dauerhaft im Munde des Patienten eingebracht werden.
4. Bißwall zum Basiskörper so verbinden, daß eine Verschluckungs- oder Erstickungsgefahr für den Patienten nicht besteht.

4. Bedienungsanleitung:

4.1. Vorbereitung

Verpackung auf der oberen Seite an entsprechender Markierung/Deckel öffnen.

4.2. Anwendung

Bißwälle mit erwärmtem Wachsmesser oder geeignetem Instrument ablängen und auf dem Arbeitsmodell nach leichter Erwärmung (Bunsenbrenner/Wasserbad) ausrichten und anpassen. Auf den Basiskörper aufmodellieren und ausreichende Haftung mittels verflüssigtem Wachs gewährleisten. Kleinststücke von Bißwällen sollten aufgrund geringer Verbindung zum Basiskörper vermieden werden.

4.3. Nach Anwendung

Wiederverwendbare Bißwallreste ins Behältnis zurücklegen, Deckel schließen, vor Staub schützen.

5. Entsorgung: Kann entsprechend der geltenden Vorschriften im Restmüll entsorgt werden. Die Umverpackung kann der Wertstoffverwertung (Duales System) zugeführt werden.

6. Haltbarkeit: **Verbrauchsmaterial sollte generell nach Öffnen der Originalverpackung zügig und umgehend innerhalb weniger Monate aufgebraucht werden.**

Die Geschmacksstoffe sind lebensmittelecht und verflüchtigen sich!

7. Symbole

	Hersteller
CE	**CE Zeichen**
Rx only	**FOR DENTAL PROFESSIONALS ONLY (USA)**
NON STERILE	**Nicht steriles Produkt**
REF	**Bestellnummer**
LOT	**Chargennummer**
	Herstelldatum
	Verwendbar bis