

- 1. Обща информация** Касае се за предни, задни и композитни зъби и тунелен восък, разработен от Gebdi Dental Products. Тези инструкции съдържат указания, които трябва да се спазват, за да се гарантира правилната употреба и спазването на безопасните условия. Важно е да ги прочетете, и по-специално инструкциите, преди да ги използвате за първи път.

- 1.1. Продукт**
- |                              |                    |                 |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| Всички предни зъби           | от позиция № 23201 | до чл. 28517    |
| Всички задни зъби            | от позиция № 20001 | до чл. 22516    |
| Всички композитни задни зъби | от позиция № 29001 | до арт. № 29516 |
- Тунелен восък бял                      Артикул № 78200

- 1.2. Адрес на производителя**
-  gebdi DENTAL - PRODUCTS GmbH, Industriestraße 3a, 78234 Engen, Германия  
 Телефон: +49 7733 9410 16 Факс: +49 7733 64 34 Електронен адрес: [info@gebdi-dental.com](mailto:info@gebdi-dental.com)  
[www.gebdi-dental.com](http://www.gebdi-dental.com) Технически въпроси, свързани със стоматологията: +49 7733 94 10 20

- 2. Обща информация**  
 Гореспоменатите продукти се използват за обработка от зъботехниците за нуждите на зъболечението в устата на пациента и се произвеждат според спецификациите на зъболекаря.

- 3. Индикация**  
 За изработване на пълни и частични протези от РММА (полиметилметакрилат), както и за по-лесно позициониране на зъбите Tribos с тунелен восък.

- 3.1. Инструкции за употреба**  
 Само обучени и опитни зъботехници притежават уменията, необходими за правилното използване на този медицински продукт с необходимите предварителни условия.  
 Гореспоменатите продукти са полуготови медицински изделия и трябва да се обработват професионално и съгласно доказани и общоприети методи. В случай на проба с восък в устата на пациента се препоръчва да се подсилат максимално връзките между восъка и зъбната протеза, за да се предотврати пробивът на зъбите по време на пробата.

- 3.2. Състав**  
 Възможни са всички обичайни методи за настройка. Латералните и протрузионните движения трябва да могат да се възпроизведат с артикулатора и съответната предварителна информация от зъболекаря (регистрации на потомството, кръстосани зъби и захапка). Уверете се, че при тези движения има достатъчно място. Зъбите не бива да се отслабват чрез прекалено слабо шлифване, за да се избегнат по-късни фрактури.  
 Восъкът за тунел предлага оптимално средство за позициониране, особено за акрилни зъби с форма на тунел, но може да се използва и за всички други форми на зъбите, като се изреже восъкът за тунел по размер.

- 3.3. Свързване на акрилните зъби към основата на протезата**  
 След поставянето на протезата в устата на пациента и преди да се постави основата на протезата, зъбите се почистват от остатъците от восък и долната страна на основата на протезата се шлифова леко. Ако е необходимо, могат да се направят леки поддрязвания. Всички мерки допринасят за добрата връзка между акрилния/композитния зъб и основата на протезата.  
 За основа на протези могат да се използват горещи или студени полимери, както и методи за инжектиране. Във всички останали случаи трябва да се вземат под внимание инструкциите на производителя и противопоказанията на производителите на протезния материал.

| Документ: | Създаден на / от:  | модифициран на / от: | Ревизия: | пуснат на / от:    | Номер на страницата: |
|-----------|--------------------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|
| ВА        | 25.03.2022 Г. / ТВ | 23.06.2022 Г. / ОБ   | 1        | 23.06.2022 Г. / ТВ | Страница 1 от 3      |

### 3.4. Поставяне на протезата

Преди протезата да бъде поставена в устата на пациента, тя трябва да бъде почистена и дезинфекцирана в съответствие с изискванията за добра клинична изработка.

### 4. Инструкции за съхранение

Всички восъци и смоли/композити за зъби трябва да се съхраняват далеч от замърсяване и пряка слънчева светлина, на сухо място и защитени от температури под 30°C. Трябва да се извърши визуална проверка на цялата повърхност на зъба. Почистените зъби не трябва да се използват повече поради стабилност или отклонения в цвета и трябва да се изхвърлят. Съхранявайте останалите зъби от смола/композит обратно в шкафа за зъби, а останалия восък за тунел - в оригиналната опаковка.

### 5. Противопоказания

В случай на екстремни условия на захапка, при които не може да се създаде необходимото свободно пространство за движения в устата, и в случай на условия на захапка, които не гарантират достатъчна стабилност на основата на протезата или нарушават цялостната стабилност на акрилният зъб.

### 6. Инструкции за безопасност

Шлайфането на зъбите на протезите трябва да се извършва бавно, с малък натиск и с подходящи пластмасови борчета, за да не се предизвикат дефекти на материала (пукнатини, отчупвания). Ако това не се спазва, пластмасата може да се нагорещи по време на шлайфане и да причини изгаряния на кожата. По време на обработката не използвайте средства за защита на очите, устата и аспирация.

### 7. Гаранция

Всички пластмасови/композитни зъби на Tribos са гарантирани за 10 години срещу производствени дефекти, дължащи се на грешки в материала. Гаранцията не важи за:

- неправилна употреба или неспазване на инструкциите в това описание,
- използване на нашите зъби в нарушение на изискванията, небрежност при обработката или
- Грешки при проектирането на конструкцията.
- непреодолима сила или транспортна повреда на доставената пратка, за която не са направени резервации пред транспортната компания.

В рамките на гаранцията Gebdi dental Products GmbH предоставя безплатно замяна на необработения материал.

Условието за това е връщането на дефектните части за целите на анализа. Наложително е номер на партидата или партидният номер в писмен вид. Без тази информация не може да бъде извършена никаква обработка.

Всякакво допълнително обезщетение за вреди е изключено.

#### 7.1. Обслужване на клиенти

В случай на проблеми във връзка с обработката или предложения за подобрения е необходимо да се отбележи номерът на партидата и да се свържете с Gebdi Dental Products GmbH.

#### 7.2. Изхвърляне

След поставяне на протезата в устата, продуктът трябва да се третира като опасен медицински отпадък. Моля, спазвайте регионалните си разпоредби





### 8. За внимание

Трябва да се вземат под внимание всички законово валидни разпоредби за поръчване, обработка и изхвърляне.

**В случай на неправилна употреба всички претенции за гаранция и отговорност стават невалидни!**

| Документ: | Създаден на / от:  | модифициран на / от: | Ревизия: | пуснат на / от:    | Номер на страницата: |
|-----------|--------------------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|
| ВА        | 25.03.2022 Г. / ТВ | 23.06.2022 Г. / ОБ   | 1        | 23.06.2022 Г. / ТВ | Страница 2 от 3      |

## 9. Символи

|   |   |
|---|---|
|    | Производител                                  |
|    | Маркировка CE с номера на нотифицирания орган |
|    | Следвайте инструкциите за употреба            |
|    | САМО ЗА СТОМАТОЛОЗИ (САЩ)                     |
|    | Нестерилен продукт                            |
|    | Номер на поръчката                            |
|    | Номер на партидата                            |
|   | Дата на производство                          |
|  | Може да се използва до                        |
|  | Швейцарски упълномощен представител           |

| Документ: | Създаден на / от:  | модифициран на / от: | Ревизия: | пуснат на / от:    | Номер на страницата: |
|-----------|--------------------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|
| ВА        | 25.03.2022 Г. / ТВ | 23.06.2022 Г. / ОБ   | 1        | 23.06.2022 Г. / ТВ | Страница 3 от 3      |