

- 1. Általános** A Gebdi Dental Products által kifejlesztett elülső, hátsó és kompozit fogakra és alagútviaszra vonatkozik. Ezek az utasítások olyan útmutatást tartalmaznak, amelyet a megfelelő használat és a biztonságos feltételek betartása érdekében be kell tartani. Az első használat előtt feltétlenül olvassa el őket, különösen a használati utasítást.

1.1. Termék	Minden elülső fog	a 23201-es tételszámtól	28517 cikkszámig
	Minden hátsó fog	a 20001-es tételből	22516 cikkszámig
	Minden kompozit hátsó fog	a 29001-es tételszámtól	29516 cikkszámig

Alagút viasz fehér Tételszám: 78200

**1.2. A gyártó címe**

 gebdi DENTAL - PRODUCTS GmbH, Industriestraße 3a, 78234 Engen, Németország  
 Telefon: +49 7733 9410 16 Fax: +49 7733 64 34 E-mail cím: [info@gebdi-dental.com](mailto:info@gebdi-dental.com)  
[www.gebdi-dental.com](http://www.gebdi-dental.com) Dental technikai kérdések: +49 7733 94 10 20

**2. Általános információk**

A fent említett termékek a fogtechnikusok által a páciens szájában a fogászati helyreállítási igényekhez történő feldolgozásra szolgálnak, és a fogorvos előírásai szerint készülnek.

**3. Jelzés**

PMMA (polimetil-metakrilát) alapú teljes és részleges fogsorok készítéséhez, valamint a Tribos fogak könnyebb pozicionálásához alagútviaszzal.

**3.1. Használati utasítás**

Csak a képzett és tapasztalt fogtechnikusok rendelkeznek a megfelelő használatához szükséges készségekkel. termék a szükséges előfeltételekkel.

A fent említett termékek félkész gyógyászati cikkek, amelyeket szakszerűen, bevált és általános módszerekkel kell feldolgozni. A páciens szájában történő viaszos próbák esetén ajánlott a viasz és a műfogsor fogai közötti kapcsolódási pontokat a lehető legjobban megerősíteni, hogy megakadályozzuk a fogak kitörését a próba során.

**3.2. Felállítás**

Minden szokásos beállítási módszer lehetséges. Az oldalirányú és a protrúziós mozgásokat az artikulátorral és a fogorvostól származó megfelelő előzetes információkkal (progencia, keresztfogazás és harapásregisztráció) reprodukálni kell tudni. Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van e mozgások során. A későbbi törések elkerülése érdekében a fogakat nem szabad túl vékony csiszolással meggyengíteni.

Az alagútviasz optimális pozicionálási segítséget nyújt különösen az alagút alakú akrilfogakhoz, de az alagútviasz méretre vágásával minden más fogformához is használható.

**3.3. Akril fogak csatlakoztatása a műfogsor alaphoz**

A páciens szájába történő illesztés után és a műfogsor alapjának behelyezése előtt a fogakat megtisztítják a viaszmaradványoktól, és a műfogsor alapjának alsó oldalát enyhén lecsiszolják. Szükség esetén enyhe alulvágások is végezhetők. Minden intézkedés hozzájárul a jó kötéshez az akril/kompozit fog és a műfogsor alapja között.

Meleg vagy hideg polimerek, valamint injekciós módszerek is alkalmazhatók műfogsor alapanyagként.

Minden más tekintetben figyelembe kell venni a gyártó utasításait és a protézisek gyártóinak ellenjavallatait. a.

**3.4. A műfogsor behelyezése**

Mielőtt a műfogsort a páciens szájába helyeznék, azt a jó klinikai kézművességnek megfelelően meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell.

Dokumentum:	Létrehozva on / by:	módosított on / by:	Felülvizsgálat:	Megjelent on / by:	Oldalszám:
BA	25.03.2022 / TB	23.06.2022 / OB	1	23.06.2022 / TB	Oldal 1 a címről 3

## 4. Tárolási utasítások

Minden viaszt és gyanta/kompozit fogat szennyeződéstől és közvetlen napfénytől védve, száraz helyen és 30°C alatti hőmérséklettől védve kell tárolni. A teljes fogfelület szemrevételezéses vizsgálatát el kell végezni. A talajfogakat stabilitás vagy színeltérés miatt nem szabad tovább használni, és azokat meg kell semmisíteni. Tárolja a megmaradt műgyanta/kompozit fogakat a fogszekrényben, a megmaradt alagútviaszt pedig az eredeti csomagolásban.

## 5. Ellenjavallat

Szélsőséges harapási viszonyok esetén, amikor a szájmozgásokhoz szükséges szabad tér nem hozható létre, illetve olyan harapási viszonyok esetén, amelyek nem biztosítják a műfogsor alapjának megfelelő stabilitását, vagy rontják az akrilfog teljes stabilitását.

## 6. Biztonsági utasítások

A műfogsor fogainak csiszolását lassan, kis nyomással és megfelelő műanyag csiszolókésekkel kell végezni, hogy ne okozzon anyaghibákat (repedéseket, lepattanásokat). Ha ezt nem tartjuk be, a műanyag csiszolás közben felforrósodhat, és égési sérüléseket okozhat a bőrön. A feldolgozás során szemvédő, szájvédő és szívóberendezés nélkül ne adagolja.

## 7. Garancia

Minden Tribos műanyag/kompozit fogra 10 év garanciát vállalunk az anyaghibákból eredő gyártási hibák ellen. A garancia nem vonatkozik a következőkre:

- nem rendeltetésszerű használat vagy a jelen leírásban szereplő utasítások be nem tartása,
- a fogaink nem megfelelő használata, a feldolgozás során elkövetett gondatlanság, vagy egy
- Hibák az építés tervezése során.
- vis maior vagy a szállított csomagot ért szállítási kár, amelyre vonatkozóan nem történt fenntartás a szállítmányozó cég felé.

A jótállás keretében a Gebdi dental Products GmbH a megmunkálatlan anyagot díjmentesen pótolja.

Ennek feltétele a hibás alkatrészek visszaküldése elemzés céljából. Elengedhetetlen, hogy a tétel- vagy tételszám írásban. Ezen információk nélkül semmilyen feldolgozás nem végezhető el.

Minden további kártérítés kizárt.

### 7.1. Ügyfélszolgálat

A feldolgozással kapcsolatos problémák vagy javítási javaslatok esetén feltétlenül jegyezze fel a tételszámot, és lépjen kapcsolatba a Gebdi Dental Products GmbH-val.

### 7.2. Eltávolítás

A műfogsor szájba helyezése után a terméket veszélyes egészségügyi hulladékként kell kezelni. Kérjük, tartsa be a regionális előírásokat

## 8. A figyelemért

A megrendelésre, feldolgozásra és ártalmatlanításra vonatkozó valamennyi jogilag érvényes előírást figyelembe kell venni.

**Nem rendeltetésszerű használat esetén minden garancia- és felelősségi igény érvényét veszti!**

Dokumentum:	Létrehozva on / by:	módosított on / by:	Felülvizsgálat:	Megjelent on / by:	Oldalszám:
BA	25.03.2022 / TB	23.06.2022 / OB	1	23.06.2022 / TB	Oldal 2 a címről 3

## 9. Szimbólumok

	Gyártó
	CE-jelölés a bejelentett szervezet számával
	Kövesse a használati utasításokat
	CSAK FOGÁSZATI SZAKEMBEREK SZÁMÁRA (USA)
	Nem steril termék
	Rendelési szám
	Tételszám
	A gyártás dátuma
	Használható, amíg
	Svájci meghatalmazott képviselő

Dokumentum:	Létrehozva on / by:	módosított on / by:	Felülvizsgálat:	Megjelent on / by:	Oldalszám:
BA	25.03.2022 / TB	23.06.2022 / OB	1	23.06.2022 / TB	Oldal 3 a címről 3