

- 1. Ogólne** Dotyczy zębów przednich, bocznych i kompozytowych oraz wosku tunelowego opracowanego przez firmę Gebdi Dental Products. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki, których należy przestrzegać, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa. Przed pierwszym użyciem należy koniecznie zapoznać się z ich treścią, a w szczególności z instrukcjami.

1.1. Produkt	Wszystkie zęby przednie	z pozycji nr 23201	do nr art. 28517
	Wszystkie zęby boczne	z pozycji nr 20001	do nr art. 22516
	Wszystkie kompozytowe zęby boczne	z pozycji nr 29001	do nr art. 29516
	Wosk tunelowy biały	Nr art. 78200	

- 1.2. Adres producenta**  gebdi DENTAL - PRODUCTS GmbH, Industriestraße 3a, 78234 Engen, Niemcy
Telefon: +49 7733 9410 16 **Faks:** +49 7733 64 34 **Adres e-mail:** info@gebdi-dental.com
www.gebdi-dental.com **Pytania techniczne dotyczące stomatologii:** +49 7733 94 10 20

2. Informacje ogólne

Wyżej wymienione produkty są przeznaczone do obróbki przez techników dentystycznych w celu uzupełnienia ubytków w jamie ustnej pacjenta i są wytwarzane zgodnie ze specyfikacją stomatologa.

3. Wskazanie

Do wykonywania protez całkowitych i częściowych na bazie PMMA (polimetakrylan metylu), a także do łatwiejszego pozycjonowania zębów Tribos za pomocą wosku tunelowego.

3.1. Instrukcja użytkowania

Tylko przeszkoleni i doświadczeni technicy dentystyczni posiadają umiejętności niezbędne do prawidłowego stosowania tego sprzętu medycznego.

produkt z niezbędnymi warunkami wstępnymi.

Wyżej wymienione produkty są półproduktami medycznymi i muszą być przetwarzane w sposób profesjonalny, zgodnie ze sprawdzonymi i powszechnie stosowanymi metodami. W przypadku przymierzania wosku w jamie ustnej pacjenta zaleca się maksymalne wzmocnienie połączeń między woskiem a zębami protezy, aby zapobiec wyrzynaniu się zębów podczas przymierzania.

3.2. Skład

Możliwe są wszystkie powszechnie stosowane metody konfiguracji. Ruchy boczne i protruzyjne muszą być możliwe do odtworzenia za pomocą artykulatora i odpowiednich wstępnych informacji od lekarza dentysty (rejestracje potomstwa, uzębienia krzyżowego i zgryzu). Należy upewnić się, że podczas tych ruchów jest wystarczająco dużo miejsca. Nie wolno osłabiać zębów zbyt cienkim szlifowaniem, aby uniknąć późniejszych złamań.

Wosk tunelowy stanowi optymalne narzędzie do pozycjonowania, szczególnie w przypadku zębów akrylowych o kształcie tunelu, ale można go również stosować do wszystkich innych kształtów zębów, przycinając wosk tunelowy do odpowiedniego rozmiaru.

3.3. Połączenie zębów akrylowych z podstawą protezy

Po dopasowaniu w ustach pacjenta, a przed włożeniem podstawy protezy, zęby są oczyszczane z pozostałości wosku, a spodnia strona podstawy protezy jest lekko szlifowana. W razie potrzeby można wykonać niewielkie podcięcia. Wszystkie te działania przyczyniają się do uzyskania dobrego połączenia pomiędzy zębem akrylowo-kompozytowym a podstawą protezy.

Jako podbudowę protez można stosować polimery zimne lub gorące, a także metody wtryskowe.

We wszystkich innych przypadkach należy wziąć pod uwagę instrukcje producenta i przeciwwskazania producentów materiałów protetycznych. a

3.4. Zakładanie protezy

Przed umieszczeniem protezy w jamie ustnej pacjenta należy ją oczyścić i zdezynfekować zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła klinicznego.

Dokument:	Utworzono na / by:	zmodyfikowany na / by:	Rewizja:	Wydany na / by:	Numer strony:
BA	25.03.2022 / TB	23.06.2022 / OB	1	23.06.2022 / TB	Strona 1 z 3

4. Instrukcje dotyczące przechowywania

Wszystkie woski i zęby żywiczne/kompozytowe należy przechowywać z dala od zanieczyszczeń i bezpośredniego światła słonecznego, w suchym miejscu i chronić przed temperaturą poniżej 30°C. Należy przeprowadzić kontrolę wzrokową całej powierzchni zęba. Zęby naziemne nie powinny być dłużej używane ze względu na stabilność lub odchylenia kolorystyczne i powinny zostać usunięte. Pozostałe zęby żywiczne/kompozytowe należy przechowywać z powrotem w gabinecie na zęby, a pozostały wosk tunelowy w oryginalnym opakowaniu.

5. Przeciwwskazania

W przypadku ekstremalnych warunków zgryzowych, w których nie można uzyskać niezbędnej wolnej przestrzeni dla ruchów ust oraz w przypadku warunków zgryzowych, które nie gwarantują wystarczającej stabilności podstawy protezy lub osłabiają całkowitą stabilność zęba akrylowego.

6. Instrukcje bezpieczeństwa

Szlifowanie zębów protezy powinno odbywać się powoli, z niewielkim naciskiem i przy użyciu odpowiednich wiertel z tworzywa sztucznego, aby nie spowodować żadnych wad materiałowych (pęknięć, odprysków). W przeciwnym razie tworzywo sztuczne może nagrzewać się podczas szlifowania i powodować oparzenia skóry. Podczas przetwarzania nie stosować środków ochrony oczu, ochrony ust i sprzętu do odsysania.

7. Gwarancja

Wszystkie plastikowe/kompozytowe zęby Tribos są objęte 10-letnią gwarancją na wady produkcyjne wynikające z wad materiałowych. Gwarancja nie ma zastosowania do:

- niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji podanych w niniejszym opisie,
- niezgodne z przepisami korzystanie z naszych zębów, zaniedbania w przetwarzaniu danych lub
- Błędy w projekcie konstrukcji.
- siły wyższej lub uszkodzeń transportowych dostarczonej przesyłki, co do których nie zgłoszono zastrzeżeń firmie przewozowej.

W ramach gwarancji firma Gebdi dental Products GmbH bezpłatnie dostarczy zamiennik nieprzetworzonego materiału. Warunkiem tego jest zwrot wadliwych części w celu przeprowadzenia analizy. Konieczne jest, aby numer partii lub serii w formie pisemnej. Bez tych informacji nie można prowadzić żadnego przetwarzania danych. Wszelkie dalsze odszkodowania za szkody są wykluczone.

7.1. Obsługa klienta

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z przetwarzaniem danych lub sugestii dotyczących ulepszeń, należy koniecznie zanotować numer partii i skontaktować się z firmą Gebdi Dental Products GmbH.

7.2. Usuwanie

Po włożeniu protezy do ust produkt należy traktować jako niebezpieczny odpad medyczny. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym regionie











8. Uwaga

Należy uwzględnić wszystkie prawnie obowiązujące przepisy dotyczące zamawiania, przetwarzania i usuwania odpadów.

W przypadku nieprawidłowego użytkowania wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji i odpowiedzialności tracą ważność!

Dokument:	Utworzono na / by:	zmodyfikowany na / by:	Rewizja:	Wydany na / by:	Numer strony:
BA	25.03.2022 / TB	23.06.2022 / OB	1	23.06.2022 / TB	Strona 2 z 3

9. Symbole

	Producent
	Znak CE z numerem jednostki notyfikowanej
	Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi
	TYLKO DLA LEKARZY DENTYSTÓW (USA)
	Produkt niesterylny
	Numer zamówienia
	Numer partii
	Data produkcji
	Możliwość użytkowania do
	Autoryzowany przedstawiciel w Szwajcarii

Dokument:	Utworzono na / by:	zmodyfikowany na / by:	Rewizja:	Wydany na / by:	Numer strony:
BA	25.03.2022 / TB	23.06.2022 / OB	1	23.06.2022 / TB	Strona 3 z 3